

Date: 2 2/02 /24

品質検査報告書

株式会社ヴィータ
〒105-0013
東京都港区浜松町1-10-14
住友東新橋ビル3号館5階
TEL:03-5776-0038
FAX:03-5776-0036

作成	承認
	

品名	バイオセブンHTC		
Lot Number	H-20201		
製造日	2022/2/16		
外観	Colorless Clear Liquid		
	規格	結果	合否
比重	(1.11±0.02)	1.1099	Passed
pH	(13.50±0.5)	13.6	Passed
総合判定	Passed		

備考：