

品質検査報告書

株式会社ヴィータ
〒105-0013
東京都港区浜松町1-10-14
住友東新橋ビル3号館5階
TEL:03-5776-0038
FAX:03-5776-0036

作成	承認
	

品名	バイオセブンRE		
Lot Number	R-11001		
製造日	2021/10/30		
外観	Light Blue Color Clear Liquid		
	規格	結果	合否
比重	(1.02±0.02)	1.0140	Passed
pH	(10.9±0.5)	11.1	Passed
総合判定	Passed		

備考：