



Date: 2023/2/20

# 品質検査報告書

株式会社ヴィータ  
〒105-0013  
東京都港区浜松町1-18-16  
住友浜松町ビル 6階  
TEL:03-5776-0038  
FAX:03-5776-0036

作成	承認
	

品名	バイオセブンRE		
Lot Number	R-23-0213		
製造日	2023/2/13		
外観	Light Blue Color Clear Liquid		
	規格	結果	合否
比重	(1.02±0.02)	1.0148	Passed
pH	(10.9±0.5)	11.1	Passed
総合判定	Passed		

備考：