



品質検査報告書

2020/08/17

株式会社 ベリタス
 〒105-0013
 東京都港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル
 3号館5階
 TEL: 03-5776-0078 FAX: 03-5776-0076

バイオサイエンス本部CS担当者	バイオサイエンス本部技術担当者
	

品名	バイオセブン RE		
Lot Number	R-00701		
製造日	2020年7月28日		
外 観	Light Blue Color Clear Liquid		
	<i>規格</i>	<i>結果</i>	<i>合否</i>
比 重	(1.02±0.02)	1.0141	PASSED
P H	(10.9±0.5)	11.0	PASSED
総合判定	PASSED		

備考