



Date: 2023/6/29

品質検査報告書

株式会社ヴィータ
〒105-0013
東京都港区浜松町1-18-16
住友浜松町ビル 6階
TEL:03-5776-0038
FAX:03-5776-0036

作成	承認
	

品名	バイオセブンRE		
Lot Number	R-23-0613		
製造日	2023/6/13		
外観	Light Blue Color Clear Liquid		
	規格	結果	合否
比重	(1.02±0.02)	1.0146	Passed
pH	(10.9±0.5)	10.9	Passed
総合判定	Passed		

備考：